

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



APROBAT
MANAGER
Prof.Dr.LUCA CONSTANTIN T.

REFERAT DE NECESITATE

Nr.....2648.....din.....09-04-2025.....

Pentru continuarea activitatii la compartimentul sterilizare si bloc operator (aparate sterilizare ,masina de spalat si dezinfectat instrumentar, mese de operatie MAQUET , lampi de operatie MAQUET) este necesara incheierea unui contract de service pentru perioada 01.05.2025- 31.12.2025 , cu posibilitatea prelungirii prin act aditional , cod CPV 50421000-2.

Pret : 5000 lei + TVA / luna

Director financiar contabil
Ec. Damian Sanda Georgeta

Administrativ
Ing. Voichescu Ilie

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE
VALORILE CONTROL FINANCIAR
PREVENIRE
DE SIGURANTA

Data 11-04-2025

CAIET DE SARCINI



Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru atribuirea acordului cadru de servicii:

SERVICII DE VERIFICARE, ÎNTRETINERE SI REPARARE A ECHIPAMENTULUI MEDICAL

Coduri CPV : 50421000-2

Serviciile trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in specificatiile tehnice care reprezinta cerinte minime obligatorii si care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.

Cerintele sunt obligatorii pentru toti ofertantii si nu-i absolve pe acestia de responsabilitatea de a realiza si alte sarcini pe care le considera necesare pentru asigurarea calitatii serviciilor.

Ofertantul isi asuma raspunderea pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor in vederea participarii la procedura.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre membrii comisiei de evaluare nu angajeaza din partea acestora nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

Potrivit obiectului prezentei proceduri **prestatorul se obliga sa asigure** (pentru lotul pentru care a depus oferta) urmatoarele categorii de servicii:

a) Obligatoriu cel putin 4 revizii tehnice anuale și emiterea Rapoarte de Service ;

Prima revizie tehnica va trebui efectuata, în prima lună după semnarea contractului, prestatorul urmand sa determine prin aceasta aparatele medicale care nu sunt funcționale și care necesită reparații.

Reviziile tehnice periodice vor fi executate conform planificării astfel incat sa se acopere intreaga aparatura medicala, in functie de numarul si tipul aparatelor si al instalatiilor medicale aferente lotului pentru care se depune oferta, cu respectarea normelor din Cartea Tehnică a aparatelor medicale.

Se va asigura verificarea integritatii si bunei functionari a partilor mecanice si electrice ale aparaturii medicale si instalatiilor medicale din dotarea achizitorului

b) Service-ul pentru aparatele medicale (incluzand reparatiile, verificari, diagnosticari si intretinerea periodica a echipamentului medical);

In cazul in care urmare a efectuării reviziei prestatorul va constata ca sunt necesare anumite reparatii acesta va întocmi un Raport de Service in care sa detalieze reparatiile (inlocuirea de piese de schimb) ce urmeaza a fi efectuate.

Acest Raport de Service va fi urmat de o Oferta Financiara care să cuprindă valoarea pieselor de schimb; in astfel de situatii achizitorul va suporta numai contravaloarea acestora , costul

manoperei fiind inclus în pretul contractului.

Acest Raport de Service, precum și Oferta Financiară vor fi supuse spre aprobare achizitorului, doar ulterior aprobării prestatorului putând să execute reparațiile în cauză. Aprobarea achizitorului pentru înlocuirea eventualelor piese de schimb este materializată prin Comandă care se transmite prestatorului.

Piese necesare reparațiilor în urma diagnosticării unui aparat defect se vor factura separat. Garanția pentru piesele de schimb și subansamblele înlocuite de prestator va fi cea acordată de producător (minim 6 luni de la data înlocuirii).

Înlocuirea pieselor de schimb se va face după următoarea procedură:

- atunci când se constată necesitatea înlocuirii anumitor piese, acest lucru va fi specificat în raportul de service la care se va atașa oferta de pret pentru acestea.
- se vor utiliza numai piese de schimb noi, certificate/omologate și aprobate de producător, corespunzător tipurilor de dispozitive medicale din dotarea beneficiarului.
- Înlocuirea pieselor de schimb se va face fără a se solicita manopera suplimentară

În cazul în care unele aparate nu mai pot fi reparate, achizitorul își rezervă dreptul unilateral de a diminua valoarea de contractului de service convenită la data semnării contractului.

Întreținerea va cuprinde următoarele servicii:

- verificări ale funcționării normale și siguranței în exploatare;
- reglaje și testări mecanice și electrice necesare pentru obținerea performanțelor optime;
- diagnosticarea defectelor;
- înlocuirea pieselor defecte cu alte piese noi, standard sau de calitate echivalentă;
- eliberarea Rapoartelor de Service ulterior reparației, verificându-se parametrii de funcționare stabiliți de producător în specificația tehnică a dispozitivului);
- întreținerea și verificarea periodică a echipamentelor prin revizii tehnice periodice programate pe baza unui grafic convenit de comun acord;
- repararea, după constatarea defectiunilor, a echipamentului medical dacă este posibil la sediul achizitorului sau în laboratorul propriu (caz în care transportul echipamentelor la laboratorul propriu va fi asigurat cu mijloace proprii de transport);
- la predarea aparatelor reparate se vor efectua testele aferente de verificare în prezenta reprezentantului desemnat al achizitorului, care va confirma scris serviciile efectuate prin stampila și semnatura persoanelor desemnate de conducerea achizitorului;
- asigurarea instruirii de folosire a aparaturii cu respectarea normelor de protecția muncii pentru utilizator și pentru pacient și acordarea de consultații tehnice;
- asigurarea remedierii, în perioada de garanție, a deficiențelor de execuție care nu au fost sesizate la recepția lucrărilor;

Se va respecta legislația în vigoare, în special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar în cazul echipamentelor radiologice cea referitoare la radioprotecție;

c) Intervenții la cerere (reparații accidentale) - serviciile de acest tip vor fi asigurate ori de câte ori se impune, raportat la solicitarea formulată de achizitor.

Cerinte tehnice generale

Prestatorul se obligă, în baza contractului încheiat:

- să asigure asistența tehnică la elaborarea documentațiilor de autorizare a dispozitivelor medicale în conformitate cu legislația în vigoare.
- să emită avizele de casare (note tehnice și devize antecalculate ale mijloacelor fixe propuse la casare) dacă sunt îndeplinite condițiile și respectate normele în vigoare.

- interventii in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii.

Prestatorul va derula activitatile de service NUMAI cu personal instruit / atestat de producatorul echipamentelor.

Activitatea de întreținerea tehnică și service va fi documentată prin „**Raport de service**” semnat de persoanele autorizate ale prestatorului și achizitorului.

Prestatorul va raspunde in **maxim 24 ore** de la orice solicitare venita din partea beneficiarului.

PRETUL

Pretul din oferta va fi exprimat în lei fara T.V.A. pentru intregul lot si detaliat pentru fiecare echipament in parte din cadrul lotului , pentru toata durata contractului de service.

Taxa pe valoare adaugată va fi explicata separat (cu indicarea distincta a cotei de T.V.A.)

Preturile vor include toate cheltuielile de transport extern, transport intern , cheltuieli de incarcare , manipulare , asigurare, precum si toate materialele necesare in vederea protectiei produselor (paleti de lemn, folii de protectie) pana la sediul beneficiarului si raman neschimbate pe toata durata contractului.

Pretul este cel rezultat in urma procedurii aplicate. Prețul exprimat în RON este ferm și nu poate fi schimbat sub nici un motiv în timpul derularii procedurii de achizitie și nici pe durata derularii contractului.

PRECIZARI

Valabilitatea contractului de service este de 12 luni . Persoanele delegate de ofertanți sa participe la procedura trebuie sa prezinte împuternicire scrisa , semnata și stampilata.

Nr. lot	Denumire lot	Nr. aparate	Numar revizii tehnice periodice / an / aparat
1	Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii, si verificare pentru STERILIZATOR CU ABUR, GETIGE GSS67	1	4
2	Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii, si verificare pentru STERILIZATOR CU ABUR, GETINGE HS33	1	4
xx	Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii, si verificare pentru MASA DE OPERATIE MAQUET	2	1
xx	Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii, si verificare pentru LAMPA DE OPERATIE MAQUET	2	1
xx	Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii, si verificare pentru Masina de spalat si dezinfectat instrumentarul GETINGE WD46	1	4

Intocmit
Ing.Voichescu Ilie

